調達品目表（６６２５００２）

統制番号：K26S-013EL5TB-NA5-0023

調達要求番号	DP760165191053	作成部課名	資材計画部　資材計画課
調達要求年月日	平成２６年　５月２２日	作成年月日	平成２６年　４月２４日
仕様書番号	４補ＬＰＳ－Ｙ００００５		

品名	カタログ製品名	数量
抵抗計	日置電機（株）ＲＭ３５４５－０２ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	１ＥＡ

1　製品に関する要求

1.1 同等とする性能等

a)　抵抗測定

1) 基本確度　：０．００６％以下
2) 最小分解能　：０．０１μΩ以下
3) 最大測定電流　：１Ａ以下

b)　抵抗測定（ＬＰ）

1) 基本確度　：０．２％以下
2) 最小分解能　：０．０１ｍΩ以下
3) 最大測定電流　：１ｍＡ以下

c)　表示桁数　：最大６　１／２桁
d)　定格電源電圧　：ＡＣ１００Ｖ～２４０Ｖ±１０％
e)　定格電源周波数　：５０／６０Ｈｚ

2　その他の指示

a)　類別原資料　：不要
b)　取扱説明書　：本体に１部